

*We protect
your health*



Dr. Schumacher

THX Medical Sarl
Impasse du Belvedere 125
69280 Marcy L'Etoile

09.10.2015

Expertise du 05. Mai 2010

Test de stabilité microbiologique de Cleanisept combiné avec le système des lingettes Eco Wipes

Le système de désinfection, se composant du désinfectant **Cleanisept** (concentration : 1%), des lingettes **Eco Wipes** et du seau distributeur a été testé selon USP 30 NF 25 méthode 51, concernant la conservation suffisante contre les germes Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Aspergillus niger.

Selon le rapport n° L10/035 du Dr. Brill et Partner GmbH le système de désinfection est correctement conservé pour une utilisation durant 28 jours.

Dr. Schumacher GmbH



i.A. E. Hjorth
Medical Science

DR. SCHUMACHER GMBH

Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld
GERMANY
www.schumacher-online.com
Tel. +49 5664 9496-0

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 Phone +49 5664 9496-0
34323 Malsfeld Fax +49 5664 8444
GERMANY E-Mail export@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

